



### 検査結果報告書

株式会社ピーピーキューシー  
福島県二本松市岳温泉大和125-7  
TEL:0243-24-2523 / FAX:0243-24-2657



ご依頼の検体に関して、放射能分析結果を以下にご報告いたします。

検体名: 茶わん蒸し  
 受付番号: C614016~C614019  
 受付日: 2012年6月19日  
 測定日: 2012年6月19日  
 検査方法: 測定器:  
 日立アロカメディカル株式会社製 Model;CAN-OSP-NAI  
 (NaIシンチレーション検出器によるガンマ線スペクトル測定)  
 測定方法:  
 厚生労働省『緊急時における食品の放射能測定マニュアル』に準ずる

#### 【検査結果】

農場名	<sup>131</sup> I(ヨウ素131)	<sup>134</sup> Cs(セシウム134)	<sup>137</sup> Cs(セシウム137)	暫定規制値 <sup>2</sup>
涼味茶わん蒸し海老 130g×2	検出せず (<8.00Bq/kg) <sup>1</sup>	検出せず (<13.8Bq/kg)	検出せず (<12.6Bq/kg)	<sup>134</sup> Cs(セシウム134)と <sup>137</sup> Cs(セシウム137)の 合計が100Bq/kg以下
涼味茶わん蒸しかに 130g×2	検出せず (<7.85Bq/kg) <sup>1</sup>	検出せず (<13.8Bq/kg)	検出せず (<13.0Bq/kg)	
手造り茶わん蒸し 海老180g	検出せず (<4.81Bq/kg) <sup>1</sup>	検出せず (<12.4Bq/kg)	検出せず (<11.7Bq/kg)	
手造り茶わん蒸し 松茸180g	検出せず (<7.56Bq/kg) <sup>1</sup>	検出せず (<13.4Bq/kg)	検出せず (<12.4Bq/kg)	

<sup>1</sup> ( )内は各測定時の検出限界値を示す  
<sup>2</sup> 暫定規制値は右記食品種のもを記載: 卵  
 \* 実表中のK-40は標準設定用の塩化カリウム値を表す

検査担当者: 佐藤 友子